


## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		<b>COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO</b>
<b>Ficha Técnica:</b>	<b>CEN-12 Rev-03</b>	
<b>Código:</b>	<b>CEN-12</b>	
<b>Revisión:</b>	<b>Rev-03</b>	
<b>Mes-Año:</b>	<b>Diciembre - 2022</b>	
<b>Vigencia:</b>	<b>Desde: 01-01-2023</b>	
	<b>Hasta: 31-12-2024</b>	
<b>Tipo:</b>	<b>Equipo Sanitario de Apoyo</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>		
<b>Nombre:</b>	<b>CENTRIFUGA - SOBREMESA - BAJA VELOCIDAD - NO REFRIGERADA - &gt;= 12 TUBOS - 5 ml</b>	
<b>ATRIBUTO</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>		
<b>Características generales</b>		
<b>Estructura interna</b>	1.01	En acero inoxidable o material resistente a autoclave o materiales químicos necesarios para su limpieza
<b>Control</b>	1.02	Digital controlada por microprocesador
<b>Pantalla</b>	1.03	Tipo LCD o LED.
<b>Tapa superior</b>	1.04	Con bloqueo durante el funcionamiento
<b>Rotor</b>	1.05	≥ 12 tubos de capacidad mínima de 5 ml, 2ml o 0.075ml, de acuerdo al equipo
<b>Motor</b>	1.06	Velocidad mínima 300 rpm
<b>Alarmas</b>	1.07	Visuales y/o sonoras
<b>Tiempo</b>	1.08	Programable
<b>Accesorios y Consumibles</b>		
<b>Accesorios</b>	2.01	Un (1) rotor adicional de 12 tubos.
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES:</b>		
<b>Energía/alimentación</b>	3,01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
<b>Certificación</b>	3,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	3,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
	3,04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
<b>Mantenimiento</b>	3,05	Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada 6 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
<b>Vida útil</b>	3,06	7 años