

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica:	RUE-01 Rev-04
Código:	RUE-01
Revisión:	Rev-04
Mes-Año:	Diciembre - 2022
Vigencia:	Desde: 01-01-2023
	Hasta: 31-12-2024
Tipo:	Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre:	EJERCITADOR - HOMBRO -- (RUEDA DE HOMBRO)
ATRIBUTO	ITEM
VALOR	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Estructura del mástil	1,01	Acero inoxidable o acero recubierto con pintura electrostática
Sistema de rotación	1,02	Bidireccional
Fijación a pared	1,03	Altura regulable
Amplitud del giro	1,04	Variable
Empuñadura frontal	1,05	Requerido
Resistencia a la rotación	1,06	Requerido

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	N.A.
Mantenimiento	2,04	N.A.
Vida útil	2,05	10 Años