

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

**Ficha Técnica:** **BAS-10 Rev-04**

**Código:** **BAS-10**

**Revisión:** **Rev-04**

**Mes-Año:** **Diciembre - 2024**

**Vigencia:** **Desde: 01-01-2025**

**Hasta: 31-12-2026**

**Tipo:** **Equipo médico**

### DATOS GENERALES

**Nombre:** **BASCULA - ELECTRONICA - PACIENTES EN SILLA DE RUEDAS**

| ATRIBUTO | ITEM | VALOR |
|----------|------|-------|
|----------|------|-------|

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

|                           |      |   |
|---------------------------|------|---|
| <b>Estructura</b>         | 2.01 | Apoyabrazos plegables o abatibles o movibles  |
|                           | 2.02 | Apoyapiés plegable                            |
|                           | 2.03 | Al menos dos ruedas                           |
| <b>Tipo</b>               | 2.04 | Silla balanza electrónica                     |
| <b>Capacidad</b>          | 2.05 | ≥ 250 Kg                                      |
| <b>Pantalla / Display</b> | 2.06 | Para visualización de la información del peso |
| <b>Unidades de Medida</b> | 2.07 | En libras y kilogramos                        |

#### Funciones

|                             |      |                           |
|-----------------------------|------|---------------------------|
| <b>TARA / ajuste a cero</b> | 2.01 | Requerido                 |
| <b>Conversión</b>           | 2.02 | Entre libras y kilogramos |
| <b>Auto-apagado</b>         | 2.03 | Requerido                 |

#### Accesorios

|  |      |   |
|--|------|---|
| <b>Baterías</b>  | 3.01 | En caso de que el equipo funcione con pilas/baterías, se deberá entregar la cantidad que requiera del tipo RECARGABLES. |
| <b>Cargador de pilas/baterías</b>                          | 3.02 | Uno (1), en caso de que el equipo lo requiera   |
| <b>Adaptador/cable para conexión a corriente eléctrica</b> | 3.03 | Uno (1) en caso de que el equipo lo requiera  |

### OTRAS ESPECIFICACIONES:

|   |      |   |
|---|------|---|
| <b>Energía/alimentación</b>                       | 4.01 | Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz   |
| <b>Certificación</b>                              | 4.02 | Certificación FDA y/o CE  |
| <b>Garantía técnica de fábrica</b>                | 4.03 | Dos años a partir de la recepción del bien.<br>Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. |
|   |      | Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.  |
| <b>Garantía de repuestos, piezas y accesorios</b> | 4.04 | Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.  |
| <b>Mantenimiento</b>                              | 4.05 | Durante la vida útil, cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica.  |
|   |      | Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.   |

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
|                  | 4.06 | Garantía del servicio técnico (mano de obra) hasta la siguiente visita de mantenimiento preventivo, es decir, de suscitarse eventos que requieran de visitas de mantenimiento correctivo, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo alguno para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del equipo. Esta garantía no incluye la provisión de repuestos, accesorios o consumibles (después de los dos primeros años). |
| <b>Vida útil</b> | 4.07 | 10 años   |