

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: DET-01 Rev-04

Código: DET-01

Revisión: Rev-04

Mes-Año: Diciembre - 2024

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Equipo menor

DATOS GENERALES

Nombre: DETECTOR DE LATIDOS FETALES (DOPPLER FETAL)

| ATRIBUTO | ITEM | VALOR |
|----------|------|-------|
|----------|------|-------|

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

| | | |
|---------------------------------|------|--|
| Pantalla o Display | 1.01 | Requerido |
| Detección | 1.02 | Frecuencia cardíaca fetal |
| Transductor | | |
| Frecuencia | 2.01 | ≥ 2 Mhz |
| Resolución | 2.02 | ≤ 1 bpm |
| Funciones | | |
| Apagado | 3.01 | Automático (después de tiempo de espera sin señal) |
| Accesorios y Consumibles | | |
| Accesorios | 4.01 | Un (1) Bolso o maletín de transporte |
| | 4.02 | Baterías recargables, las que requiera el equipo |
| | 4.03 | Un (1) cargador de baterías |
| Consumibles | 4.04 | Un (1) frasco de gel conductivo |
| OTRAS ESPECIFICACIONES: | | |
| Energía/alimentación | 5.01 | Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz |
| Certificación | 5.02 | Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. |
| Garantía técnica de fábrica | 5.03 | Un (1) año a partir de la recepción del bien |
| | | Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. |
| | | No cubre accesorios |