

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

**Ficha Técnica:** EQU-46 Rev-05

**Código:** EQU-46

**Revisión:** Rev-05

**Mes-Año:** Diciembre - 2024

**Vigencia:** Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

**Tipo:** Equipo menor

### DATOS GENERALES

**Nombre:** EQUIPO DE DIAGNOSTICO PORTATIL

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

<b>Generalidades</b>	1.01	Debe estar compuesto por (1) oftalmoscopio, (1) otoscopio y (1) mango.
<b>Cabezal de Otoposco</b>	1.02	Capacidad para pruebas neumáticas
	1.03	Magnificación o aumento
	1.04	Lámpara LED o Halógena o Xenón
<b>Oftalmoscopio</b>	1.05	≥ 3 aperturas
	1.06	≥ 1 filtro
	1.07	Lámpara LED, Xenón o Halógena
	1.08	Disponga de dioptrías o lentes de visualización o lentes correctoras

### Accesorios y Consumibles

<b>Accesorios</b>	2.01	Un (1) Cargador para las baterías, en caso que el equipo lo requiera
	2.02	Una (1) Maleta o estuche para transporte
<b>Consumibles</b>	2.03	Dos (2) lámparas adicionales de repuesto para oftalmoscopio (de acuerdo al equipo)
	2.04	Dos (2) lámparas adicionales de repuesto para Otoposco (de acuerdo al equipo)
	2.05	Dos (2) juegos de baterías (de acuerdo a la cantidad que requiera el equipo)
	2.06	Cuatro (4) espéculos reutilizables (tamaño de acuerdo a requerimiento del establecimiento de salud)

### OTRAS ESPECIFICACIONES:

<b>Energía/alimentación</b>	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
<b>Certificación</b>	3.02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	3.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien
		Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
		No cubre accesorios