

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: ESF-01 Rev-03

Código: ESF-01

Revisión: Rev-03

Mes-Año: Diciembre - 2024

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Equipo menor

DATOS GENERALES

Nombre: TENSÍOMETRO DIGITAL PORTÁTIL

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Tipo	1.01	Digital
	1.02	Portátil
Mediciones	1.03	Presión arterial y pulso
Memoria	1.04	≥ 50 mediciones
Pantalla	1.05	Requerida
Rango de medición de PA	1.06	≤ 30 a ≥ 250 mmHg
Rango de medición de pulso	1.07	≤ 40 a ≥ 180 pulsos por minuto
Precisión de PA	1.08	≤ 3 mmHg
Precisión de pulso	1.09	≤ ± 5% de la medición

Accesorios

Brazalete adulto	2.01	Uno (1), reusable
Brazalete pediátrico	2.02	Uno (1), reusable
Baterías	2.03	Las requeridas para el funcionamiento del equipo (recargables)
Adaptador red eléctrica	2.04	Requerido, en caso de que el equipo lo requiera

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar.
Garantía técnica de fábrica	3.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
		No cubre accesorios