

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: ESF-02 Rev-03

Código: ESF-02

Revisión: Rev-03

Mes-Año: Diciembre - 2024

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Equipo menor

DATOS GENERALES

Nombre: TENSIOMETRO RODABLE MANUAL

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Tipo	1.01	Tensiómetro de pedestal
Sistema	1.02	Aneroide
Rodable	1.03	Requerido
Ruedas	1.04	≥ 5
Escala	1.05	0 a ≥ 300 mm Hg
Tolerancia / Precisión	1.06	± 3mmHg

Accesorios

Brazaletes adulto	2.01	Dos (2), de diferente tamaño, reusables
Brazaletes pediátricos	2.02	Uno (1), reusable
Pera - bulbo	2.03	Uno (1)
Canasta	2.04	Una (1) en el pedestal

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	N/A
Certificación	3.02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar.
Garantía técnica de fábrica	3.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
		No cubre accesorios