

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: ESF-03 Rev-03

Código: ESF-03

Revisión: Rev-03

Mes-Año: Diciembre - 2024

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Equipo menor

DATOS GENERALES

Nombre: **ESFIGMOMANÓMETRO - TENSIÓMETRO RODABLE DIGITAL**

| ATRIBUTO | ITEM | VALOR |
|----------|------|-------|
|----------|------|-------|

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

| | | |
|---------------------------------------|------|--------------------------------------|
| Tipo | 1.01 | Portátil y/o digital y/o electrónico |
| Uso | 1.02 | Adulto y pediátrico |
| Mediciones | 1.03 | Presión arterial y pulso |
| Memoria | 1.04 | ≥ 30 mediciones |
| Pantalla | 1.05 | Requerido |
| Rango de medición de presión arterial | 1.06 | ≤ 30 a ≥ 250 mmHg |
| Rango de medición de pulso | 1.07 | Requerido |
| Precisión de presión arterial | 1.08 | ≤ 5mmHg |
| Precisión de pulso | 1.09 | ≤ 5% de la medición |
| Método | 1.10 | Oscilométrico |

Accesorios

| | | |
|---|------|--|
| Pedestal o coche de transporte del equipo | 2.01 | Uno (1) |
| Brazalete adulto reusable | 2.02 | Dos (2), de diferente tamaño, reusables |
| Brazalete pediátrico | 2.03 | Dos (2), de diferente tamaño, reusables |
| Baterías | 2.04 | Las requeridas para el funcionamiento del equipo (recargables) |
| Cargador de baterías | 2.05 | Uno (1), en caso de que el equipo lo requiera |
| Adaptador/cable para conexión a corriente eléctrica | 2.06 | Uno (1) en caso de que el equipo lo requiera |
| Canasta | 2.07 | Una (1) en el pedestal o coche de transporte |

OTRAS ESPECIFICACIONES:

| | | |
|-----------------------------|------|---|
| Energía/alimentación | 3.01 | Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz |
| Certificación | 3.02 | Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. |
| Garantía técnica de fábrica | 3.03 | Un (1) año a partir de la recepción del bien Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. No cubre accesorios |