

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

**Ficha Técnica:** FON-02 Rev-02

**Código:** FON-02

**Revisión:** Rev-02

**Mes-Año:** Diciembre - 2024

**Vigencia:** Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

**Tipo:** Equipo menor

### DATOS GENERALES

**Nombre:** FONENDOSCOPIO NEONATAL

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Uso	1.01	Neonatal
Olivas	1.02	Blandas
Permita el reemplazo de Olivas (almohadillas de oído)	1.03	Requerido
Tubos auditivos	1.04	De diseño anatómico
<b>Membrana</b>		
Diámetro	2.01	Dentro del rango entre 20 mm a 28 mm
Anillo	2.02	Con protección para el frío
<b>Accesorios</b>		
Olivas de repuesto	3.01	Dos (2)
Membrana (diafragma) de repuesto	3.02	Una (1)
Estuche o caja para guardar el fonendoscopio	3.03	Uno (1)

### OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	4.01	N/A
Certificación	4.02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar.
Garantía técnica de fábrica	4.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. No cubre accesorios