

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO	
Ficha Técnica:	OXI-03 Rev-03	
Código:	OXI-03	
Revisión:	Rev-03	
Mes-Año:	Diciembre - 2024	
Vigencia:	Desde: 01-01-2025	
	Hasta: 31-12-2026	
Tipo:	Equipo menor	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Pantalla	1.01	LCD o LED o TFT
Paciente	1.02	Adulto, pediátrico y neonatal
Batería	1.03	Tiempo de funcionamiento: > 16 horas
Medición SPO2	1.04	≤ 70 a ≥99 %
Precisión / Exactitud de SPO2	1.05	≤ 3 dígitos o ≤ 3 %
Medición de pulso	1.06	≤ 30 a ≥200 [ppm o bpm]
Accesorios		
Accesorios	2.01	Dos (2) Sensores de dedo tipo clip para oximetría, tamaño neonatal
	2.02	Dos (2) Sensores de dedo tipo clip para oximetría, tamaño pediátrico
	2.03	Dos (2) Sensores de dedo tipo clip para oximetría, tamaño adulto
	2.04	Un (1) cargador de baterías
	2.05	La cantidad de baterías del tipo recargables que necesite el equipo para funcionar
	2.06	Estuche
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar.
Garantía técnica de fábrica	3.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien
		Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
		No cubre accesorios