

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

Ficha Técnica: OXI-04 Rev-03

Código: OXI-04

Revisión: Rev-03

Mes-Año: Diciembre - 2024

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Equipo menor

### DATOS GENERALES

Nombre: OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO/PEDIATRICO

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Pantalla	1.01	Display, LCD o LED
Paciente	1.02	Adulto y pediátrico
Tiempo de batería	1.03	≥ 20 horas de uso continuo
Indicadores visuales	1.04	Para estado de la batería

#### Funciones

Apagado automático	2.01	Requerido
Medición SPO2	2.02	≤ 70% a ≥99 %
Precisión / Exactitud de SPO2 al 99%-100%	2.03	≤ 3%
Medición de pulso	2.04	≤ 30 a ≥200 ppm
Precisión / Exactitud de pulso a 99-100 ppm	2.05	≤ 2 ppm o bpm

#### Accesorios

Baterías	3.01	Las que necesite el equipo
Estuche	3.02	Uno (1)

### OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	4.01	Baterías
Certificación	4.02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar.
Garantía técnica de fábrica	4.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. No cubre accesorios