

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: TER-01 Rev-03

Código: TER-01

Revisión: Rev-03

Mes-Año: Diciembre - 2024

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Equipo menor

DATOS GENERALES

Nombre: TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Pantalla	1.01	Display, digital, LCD, TFT o LED
Unidad de medida	1.02	°C
Precisión	1.03	≤ +/- 0.3 °C
Medición de temperatura	1.04	Infrarroja
	1.05	Para medición de temperatura corporal
Rango de medición de temperatura corporal	1.06	≤34 °C a ≥ 40 °C
Distancia de medición	1.07	≥ 5 cm
Alarma de temperatura alta	1.08	Audible y/o visual
Memoria	1.09	≥ 20 mediciones

Accesorios y Consumibles

Baterías	2.01	Las que necesite el equipo
----------	------	----------------------------

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	Baterías
Certificación	3.02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar.
Garantía técnica de fábrica	3.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien
		Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. No cubre accesorios