

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

Ficha Técnica: TER-02 Rev-03

Código: TER-02

Revisión: Rev-03

Mes-Año: Diciembre - 2024

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Equipo menor

### DATOS GENERALES

Nombre: TERMOMETRO DIGITAL DE OIDO

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Funcionamiento	1.01	Para medición de temperatura en el canal auditivo/ oído.
Pantalla	1.02	Display, LCD, TFT o LED.
Indicador de batería baja	1.03	Requerido.
Unidades de medida	1.04	°C
Precisión	1.05	≤ 0.3 °C
Medición de temperatura	1.06	Infrarroja.
Rango de medición de temperatura corporal	1.07	≤34 a ≥ 40°C
Tiempo de respuesta medición	1.08	≤ 3 segundos
Memoria	1.09	Requerido
Apagado automático	1.10	Requerido

### Accesorios y Consumibles

Baterías	2.01	Las que necesite el equipo
Consumibles	2.02	Dos (2) cajas de cubiertas protectoras desechables.

### OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	Baterías
Certificación	3.02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar.
Garantía técnica de fábrica	3.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. <b>No cubre accesorios</b>