

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica:	CAM-04 Rev-05
Código:	CAM-04
Revisión:	Rev-05
Mes-Año:	Diciembre - 2024
Vigencia:	Desde: 01-01-2025
	Hasta: 31-12-2026
Tipo:	Equipo médico

DATOS GENERALES

Nombre: **CAMA - CUIDADOS INTENSIVOS (CAMA UCI)**

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Descripción	1.01	Estructura de acero inoxidable o acero con acabado electrostático o materiales similares de alta resistencia
	1.02	Carga a soportar ≥ 250 Kg.
	1.03	Control o mandos para movimientos eléctricos
Movimientos eléctricos		
Posicionamiento en Trendelemburg y antitrendelemburg	2.01	Requerido
Movimiento espalda o cabecera rango de 0° a 60° o mayor	2.02	Requerido
Movimiento muslo o rodilla	2.03	Requerido
Regulación de altura	2.04	Requerido
Posición de reanimación cardio pulmonar (RCP)	2.05	Requerido
Posición de silla cardiaca.	2.06	Requerido
Dimensiones de la superficie para descanso del paciente		
Largo	3.01	≥ 200 cm.
Ancho	3.02	≥ 90 cm
Colchón base	3.03	Uno (1) viscoelástico, que se ajuste a todas sus secciones
Estructura		
Secciones	4.01	\geq tres (3) secciones: Cabecera-espaldar, asiento, piernas.
Sección o área de respaldo radiotransparente	4.02	Requerido
Con porta chasis para la toma de imágenes de rayos x.	4.03	Requerido
Barandas laterales	4.04	Retráctiles o abatibles.
Con protectores o parachoques	4.05	En las cuatro esquinas.
Sistema de frenos	4.06	En las 4 ruedas o sistema de freno centralizado
Ruedas giratorias de uso hospitalario	4.07	Requerido

Báscula integrada		
Capacidad de medir el peso del paciente	5.01	≥ 200 Kg.
TARA (ajuste a cero).	5.02	Requerido
Visualización del peso.	5.03	Requerido
Accesorios y Consumibles		
Colchón antiescaras	6.01	Que reemplace al colchón base
	6.02	Material de colchón: caucho sintético o PVC o similar.
	6.03	Estructura : burbujas o celdas de aire o espuma o similar
	6.04	Dimensiones: que se ajusten a las dimensiones de la cama, grosor igual o mayor al colchón base
Bomba de inflado	6.05	Bomba o compresor para el inflado del colchón anti escaras
Accesorios de cama	6.06	Dos (2) portasueros.
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	7.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	7.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	7.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	7.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	7.05	Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada 6 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
	7.06	Garantía del servicio técnico (mano de obra) hasta la siguiente visita de mantenimiento preventivo, es decir, de suscitarse eventos que requieran de visitas de mantenimiento correctivo, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo alguno para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del equipo. Esta garantía no incluye la provisión de repuestos, accesorios o consumibles (después de los dos primeros años).
Vida útil	7.07	10 años