

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica:	POD-02 Rev-03
Código:	POD-02
Revisión:	Rev-03
Mes-Año:	Diciembre - 2024
Vigencia:	Desde: 01-01-2025
	Hasta: 31-12-2026
Tipo:	Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre: **PODOSCOPIO**

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Estructura de la base	1.01	Acero inoxidable ó acero con recubrimiento epoxi
Material de la superficie de apoyo	1.02	Acrílico o plástico o vidrio de alta resistencia
Dimensiones	1.03	Altura \geq 15 cm
	1.04	Superficie de apoyo \geq 40cm x \geq 36 cm
Espejo inclinado de reflejo	1.05	Fijo y/o ajustable
Iluminación	1.06	Led o Halógeno
Peso a soportar	1.07	\geq 150 kg

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	2.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	2.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica		Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
	2.03	
Mantenimiento	2.04	N/A
Vida útil	2.05	10 Años