

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica:	DES-04 Rev-04
Código:	DES-04
Revisión:	Rev-04
Mes-Año:	Enero - 2025
Vigencia:	Desde: 01-01-2025
	Hasta: 31-12-2026
Tipo:	Equipo Sanitario de Apoyo

DATOS GENERALES

Nombre: DESCONGELADOR DE PLASMA

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Capacidad	1.01	≥ 8 bolsas de plasma.
Estructura interna	1.02	Fabricada en acero inoxidable ó polipropileno.
Tiempo programable de descongelamiento	1.03	Requerido
Temperatura de circulación	1.04	Dentro del rango: ≥ 10 °C a ≤99° C
Pantalla para visualización de parámetros	1.05	Requerido
Alarma mínima	1.06	Temperatura

Accesorios y Consumibles

Accesorios	2.01	Sistema de rack o similar para ubicación de las bolsas con plasma congelado, de acuerdo al equipo ofertado
	2.02	Incluir regulador de voltaje para el equipo.

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
		Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3.04	Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada seis meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante.
Mantenimiento	3.05	Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3.06	10 años