

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: EST-19 Rev-04

Código: EST-19

Revisión: Rev-04

Mes-Año: Enero - 2025

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Equipo Sanitario de Apoyo

DATOS GENERALES

Nombre: INCUBADORA DE LABORATORIO - 150 LITROS - CO2 (ESTUFA)

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Cámara interna	1.01	De acero inoxidable
Capacidad	1.02	≥ 150 litros a ≥190 litros
Pantalla para visualización	1.03	Led o TFT
Puerta exterior	1.04	Aislada
Puerta interior	1.05	Vidrio o cristal.
Medición de CO ₂	1.06	Mediante sensor infrarrojo
Rango de temperatura de trabajo	1.07	Temperatura ambiente a ≥ 50°C
Rango de CO ₂	1.08	≥ 0% a ≤20%
Control de Humedad	1.09	Requerido
Interfaz de comunicación	1.10	USB, ethernet o similar
Alarmas acústicas y/o visibles	1.11	Requerido

Accesorios y Consumibles

Bandejas o rejillas	2.01	Dos (2) unidades fabricadas en acero inoxidable.
Plato de agua	2.02	Una (1) unidad fabricada en acero inoxidable de acuerdo al equipo

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien.
		Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3.05	Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada doce meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante.
		Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3.06	10 años