

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

**Ficha Técnica:** ARM-11 Rev-04

**Código:** ARM-11

**Revisión:** Rev-04

**Mes-Año:** Enero - 2025

**Vigencia:** Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

**Tipo:** Mobiliario clínico

### DATOS GENERALES

**Nombre:** ARMARIO - ACERO INOXIDABLE - INSTRUMENTAL / MATERIAL

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

<b>Especificaciones Generales</b>	1,01	Construida en lámina de acero inoxidable AISI 304, de $\geq 1$ mm de espesor
	1,02	Compartimiento superior con dos repisas regulables y dos puertas con vidrio con chapa de seguridad
	1,03	Compartimiento inferior con dos puertas
	1,04	Base tipo zócalo (sin patas)
	1,05	Dos copias de llaves
	1,06	Todos los elementos deben estar perfectamente lisos y pulidos
	1,07	Todas las uniones deben estar soldadas mediante sistema de soldadura TIG/MIG o superior
<b>Dimensiones</b>	1,08	Ancho: 90 cm, $\pm 2$ cm Fondo: 40 cm, $\pm 2$ cm Altura: 180 cm, $\pm 2$ cm
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES:</b>		
<b>Energía/alimentación</b>	2,01	N.A.
<b>Certificación</b>	2,02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
<b>Vida útil</b>	2,04	10 Años