

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: CAM-06 Rev-03

Código: CAM-06

Revisión: Rev-03

Mes-Año: Enero - 2025

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre: CAMA - PARTO (CAMA UTPR)

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Tipo:	1,01	Cama eléctrica
Estructura	1,02	Acero con acabado en pintura electroestática o acero inoxidable AISI 304 o similar
Medidas	1,03	Largo \geq 200cm.
	1,04	Ancho \geq 95cm.
Secciones mínimas	1,05	Espaldar, asiento y sección de piernas
Carga mínima a soportar	1,06	\geq 210 Kg
Barandas laterales	1,07	\geq 2
Batería de respaldo	1,08	Requerido
Ruedas	1,09	\geq 4
Panel de Control	1,10	Mediante control a la mano y/o pie y/o control en la cama
Movimientos	1,11	Espaldar de 0 a \geq 60°
	1,12	Trendelemburg
	1,13	Elevación \geq 25cm
Accesorios y Consumibles		
Accesorios	2,01	Un (1) soporte de infusión / portasueros, desmontable de la cama o externo
	2,02	Un (1) recolector de fluidos de plástico de alta resistencia o acero inoxidable integrado o externo
	2,03	Un (1) colchón, de acuerdo a las secciones de la cama, de grado hospitalario
	2,04	Un (1) par de piñeras, compatibles con la cama
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3,01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3,02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	3,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Mantenimiento	3,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica
Vida útil	3,05	10 Años