

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: CAM-12 Rev-05

Código: CAM-12

Revisión: Rev-05

Mes-Año: Enero - 2025

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre: CAMILLA - EXPLORACION (CHASELONG)

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Estructura	1,01	Acero inoxidable AISI 304 o acero con recubrimiento resistente a la corrosión o similar
Dimensiones	1,02	Ancho 70cm +/- 10 cm
		Largo; 200cm +/- 10cm
		Altura 80 cm +/- 10cm
Secciones	1,03	Dos (2), torso y cabecera
Movimiento de elevación/descenso de cabecera	1,04	Requerido
Control de movimiento	1,05	Manual
Patas de fijación de la estructura	1,06	≥ 4
Tipo de colchoneta	1,07	Que se encuentre sujeta a la estructura
Colchoneta	1,08	Goma, espuma o similar

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien.
		Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Vida útil	2,04	10 Años