

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: CAM-26 Rev-05

Código: CAM-26

Revisión: Rev-05

Mes-Año: Enero - 2025

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre: CAMILLA - EXPLORACION - GINECO/OBSTETRICA

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características básicas	1,01	Camilla ginecológica de tres cuerpos
	1,02	Estructura en tubo de acero inoxidable AISI 304 o material similar
	1,03	Tapizado resistente, de fácil limpieza
	1,04	Colchoneta \geq 7 cm de espesor, espuma de alta densidad o similar
	1,05	Dimensiones: \geq 180 cm de largo \geq 50 cm de ancho \geq 70 cm de altura
	1,06	Regulación del espaldar/cabecera
	1,07	Regulador de movimiento de pierneras
	1,08	Regatones o ruedas con freno o similar, que proporcione estabilidad a la camilla
Acabados	1,09	Sin aristas vivas, pulidos los acabados
Accesorios	1,10	Pierneras con materiales resistentes
	1,11	Una (1) bandeja para recolección de fluidos desmontable de material resistente a elementos de limpieza y desinfección
	1,12	Un (1) Escabel de un tramo

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Vida útil	2,04	10 Años