


FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	CAM-38 Rev-04	
Código:	CAM-38	
Revisión:	Rev-04	
Mes-Año:	Enero - 2025	
Vigencia:	Desde: 01-01-2025	
	Hasta: 31-12-2026	
Tipo:	Mobiliario clínico	
DATOS GENERALES		
Nombre:	CAMILLA - TRANSPORTE - PARA AMBULANCIA (CAMILLA TELESCOPICA PARA AMBULANCIA)	
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Material	1,01	Estructura de aluminio o acero o material de similares características estructurales.
Espaldar	1,02	Posición ajustable
Ruedas	1,03	Cuatro ruedas giratorias
	1,04	Freno en al menos dos ruedas
Altura ajustable de la camilla	1,05	Requerido
Barandales laterales	1,06	Plegables o abatibles o movibles
Dimensiones	1,07	Longitud \geq 180cm
	1,08	Ancho \geq 50cm
Capacidad de carga	1,09	\geq 180 kg o su equivalente
Requerimientos para ambulancia		
Sistema plegable	2,01	Requerido, para ingreso a ambulancia.
Ruedas auxiliares	2,02	Al menos dos para facilitar su entrada a la ambulancia.
Seguridad	2,03	Sistema de anclaje de la camilla a la ambulancia o similar
Accesorios		
Correas de sujeción	3,01	\geq 3
Colchoneta	3,02	Una (1). De fácil limpieza
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	4,01	N.A.
Certificación	4,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	4,03	Un (1) año a partir de la recepción del bien.
Mantenimiento	4,04	N.A.
Vida útil	4,05	10 Años