

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

**Ficha Técnica:** COC-11 Rev-04

**Código:** COC-11

**Revisión:** Rev-04

**Mes-Año:** Enero - 2025

**Vigencia:** Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

**Tipo:** Mobiliario clínico

### DATOS GENERALES

**Nombre:** COCHE DE PARO

**ATRIBUTO**

**ITEM**

**VALOR**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

<b>Características básicas del equipo</b>	1,01	Estructura principal o chasis de acero inoxidable o de polímero de alta densidad o ABS o similar
	1,02	≥ 5 cajones para almacenamiento de material y medicamentos
	1,03	Seguridad para apertura de cajones requerido
	1,04	Una (1) Bandeja para desfibrilador.
	1,05	Soporte lateral para contenedor de residuos.
	1,06	Cuatro ruedas, mínimo 2 con freno.
<b>Accesorios</b>	1,07	Un (1) Resucitador manual adulto, con mascarilla y reservorio de O2.
	1,08	Un (1) Frasco recolector de líquidos aspirados de ≥ 1 litro.
	1,09	Un (1) Contenedor de residuos ≥ 1 litro.
	1,10	Una (1) Tabla de paro para masaje cardiaco.
	1,11	Un (1) Porta Suero.
	1,12	Una (1) Carpeta para documentación.
	1,13	Un (1) Kit de etiquetas adhesivas para cajones.

### OTRAS ESPECIFICACIONES:

<b>Energía/alimentación</b>	2,01	N.A.
<b>Certificación</b>	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
<b>Vida útil</b>	2,04	10 Años