

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	COC-17 Rev-04	
Código:	COC-17	
Revisión:	Rev-04	
Mes-Año:	Enero - 2025	
Vigencia:	Desde: 01-01-2025	
	Hasta: 31-12-2026	
Tipo:	Mobiliario clínico	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	COCHE - YESOS
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características básicas del equipo	1,01	Estructura en acero inoxidable o superior
	1,02	Tablero de trabajo abatible
	1,03	Dos palanganas o cubetas o recipientes desmontables/extraíbles, fabricados en acero inoxidable o superior, de capacidad ≥ 5 litros
	1,04	Compartimento(s) o cajón(es) o similar en la parte inferior
	1,05	Empujador(es) lateral(es)
	1,06	Ruedas de diámetro ≥ 75 mm, al menos dos con freno.
	1,07	Dimensiones: largo ≥ 800 mm profundidad ≥ 400 mm alto ≥ 600 mm
Acabado	1,08	Todos los elementos deben estar perfectamente lisos y pulidos
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Vida útil	2,04	10 Años