

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

**Ficha Técnica:** COC-25 Rev-04

**Código:** COC-25

**Revisión:** Rev-04

**Mes-Año:** Enero - 2025

**Vigencia:** Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

**Tipo:** Mobiliario clínico

### DATOS GENERALES

**Nombre:** COCHE DE DISTRIBUCION DE MUESTRAS

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

<b>Descripción</b>	1,01	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o superior
	1,02	≥ Tres (3) niveles o estantes
	1,03	Estructura con barandas, barra de empuje o similar, para fácil transporte
	1,04	≥ 4 Ruedas giratorias, con freno en al menos 2 ruedas
	1,05	Niveles o estantes con bordes, topes o similar, para evitar posibles derrames de las muestras
	1,06	Dimensiones: Altura ≥ 80 cm Ancho ≥ 40 cm Largo ≥ 60 cm
	1,07	Acabados sin bordes cortantes, con esquinas redondeadas
<b>Acabado</b>	1,08	Todos los elementos deben estar perfectamente lisos y pulidos

### OTRAS ESPECIFICACIONES:

<b>Energía/alimentación</b>	2,01	N.A.
<b>Certificación</b>	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
<b>Vida útil</b>	2,04	10 Años