

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: CUN-04 Rev-04

Código: CUN-04

Revisión: Rev-04

Mes-Año: Enero - 2025

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre: CUNA - CUNERO

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características	1,01	Estructura en acero inoxidable AISI 304 o acero con recubrimiento resistente al óxido o superior
	1,02	Cuna desmontable en metacrilato, acrílico, policarbonato anatómico o material de similares características
	1,03	Cuenta con ≥ 4 ruedas, con frenos en al menos 2 ruedas.
	1,04	Dimensiones del soporte: Ancho: ≥ 40 cm Largo: ≥ 65 cm Altura: ≥ 70 cm
	1,05	Colchón de goma o espuma o similar, con forro de vinyl impermeable o similar
Acabado	1,06	Todos los elementos deben estar perfectamente lisos y pulidos

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Vida útil	2,04	10 Años