

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

**Ficha Técnica:** ESC-01 Rev-05

**Código:** ESC-01

**Revisión:** Rev-05

**Mes-Año:** Enero - 2025

**Vigencia:** Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

**Tipo:** Mobiliario clínico

### DATOS GENERALES

**Nombre:** ESCABEL - 2 TRAMOS

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Estructura	1,01	En acero inoxidable AISI 304 o acero con pintura electrostática o superior
Escalones	1,02	Dos, con superficie antideslizante
Dimensiones de escalones	1,03	Profundidad $\geq$ 20 cm
		Largo $\geq$ 45 cm
Patas	1,04	Con regatones antideslizantes o similar
Acabados	1,05	Las superficies antideslizantes deben estar perfectamente acopladas al material base del escalón.
	1,06	Sin aristas vivas
	1,07	Todos los elementos libres de recubrimiento antideslizante deben estar perfectamente lisos y pulidos

### OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien.
		Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Vida útil	2,04	10 Años