

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

**Ficha Técnica:** MES-02 Rev-04

**Código:** MES-02

**Revisión:** Rev-04

**Mes-Año:** Enero - 2025

**Vigencia:** Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

**Tipo:** Mobiliario clínico

### DATOS GENERALES

**Nombre:** MESA RIÑÓN

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Material de la mesa	1,01	De acero inoxidable AISI 304 o superior
Entrepáño superior	1,02	Con reborde en tres lados
Dimensiones mínimas	1,03	Largo: 100 cm ± 10cm
	1,04	Profundidad: 50 cm ± 10cm
	1,05	Alto: 80 cm ± 10cm
Ruedas	1,06	Cuatro (4), con freno en al menos dos (2) ruedas
Acabado	1,07	Todos los elementos deben estar perfectamente lisos y pulidos

### OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Vida útil	2,04	10 Años.