

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

**Ficha Técnica:** MES-07 Rev-04

**Código:** MES-07

**Revisión:** Rev-04

**Mes-Año:** Enero - 2025

**Vigencia:** Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

**Tipo:** Mobiliario clínico

### DATOS GENERALES

**Nombre:** MESA AUXILIAR DE ACERO INOXIDABLE

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Estructura	1,01	Acero inoxidable o superior
Medidas de la estructura	1,02	Alto 80 cm, $\pm 5$ cm
		Largo 45 cm, $\pm 5$ cm
		Profundidad 45 cm, $\pm 5$ cm
Bandejas	1,03	Mínimo 2 bandejas, una superior y una inferior
Garruchas o ruedas	1,04	$\geq$ Cuatro (4), con freno en al menos dos de ellas
Cajones	1,05	$\geq$ 2 cajones
Asa de sujeción	1,06	Requerida para movilizar la mesa
Cercos laterales	1,07	Requerido

### OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Vida útil	2,04	10 Años