

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

**Ficha Técnica:** MES-47 Rev-05

**Código:** MES-47

**Revisión:** Rev-05

**Mes-Año:** Enero - 2025

**Vigencia:** Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

**Tipo:** Mobiliario clínico

### DATOS GENERALES

**Nombre:** MESA MAYO

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

<b>Características básicas del equipo</b>	1.01	Mesa regulable en altura, mediante mecanismo hidráulico, neumático o superior
	1.02	Elaborada en acero inoxidable AISI 304 o superior
	1.03	Bandeja superior en acero inoxidable AISI 304 o superior, extraíble
	1.04	Ruedas giratorias, al menos dos con freno.
	1.05	Dimensiones de bandeja 50 cm ± 10 cm x 65cm ± 10 cm
	1.06	Regulación de altura ≥ 25 cm
<b>Acabado</b>	1.07	Todos los elementos deben estar perfectamente lisos y pulidos

### OTRAS ESPECIFICACIONES:

<b>Energía/alimentación</b>	2,01	N.A.
<b>Certificación</b>	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
<b>Vida útil</b>	2,04	10 Años