

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: MES-64 Rev-04

Código: MES-64

Revisión: Rev-04

Mes-Año: Enero - 2025

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre: COCHE - PORTAEQUIPOS

| ATRIBUTO | ITEM | VALOR |
|----------|------|-------|
|----------|------|-------|

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

| | | |
|-----------------------------|------|---|
| Estructura | 1,01 | Estructura de tubo de acero inoxidable AISI 304 o superior |
| Bandeja superior e inferior | 1,02 | De acero inoxidable AISI 304 o superior, ≥ 1 mm de espesor |
| Ruedas | 1,03 | \geq Cuatro (4), al menos dos de ellas con freno |
| Dimensiones mínimas | 1,04 | largo 60 cm \pm 5cm |
| | | ancho 40 cm \pm 5cm |
| | | altura 80 cm \pm 5cm |
| Acabados | 1,05 | Sin aristas vivas |
| | 1,06 | Todos los elementos deben ser completamente lisos y pulidos |

OTRAS ESPECIFICACIONES:

| | | |
|-----------------------------|------|--|
| Energía/alimentación | 2,01 | N.A. |
| Certificación | 2,02 | Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional. |
| Garantía técnica de fábrica | 2,03 | Dos años a partir de la recepción del bien. |
| | | Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien |
| Vida útil | 2,04 | 10 Años |