

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	MET-04 Rev-04	
Código:	MET-04	
Revisión:	Rev-04	
Mes-Año:	Enero - 2025	
Vigencia:	Desde: 01-01-2025	
	Hasta: 31-12-2026	
Tipo:	Mobiliario clínico	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	ESTACION DE TRABAJO - ESTERILIZACION
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características mínimas requeridas	1,01	Material de toda la estructura en acero inoxidable AISI 304 o superior. Espesor $\geq 1\text{mm}$
	1,02	Estructura con 2 repisas
	1,03	Incluye repisa con dispensador - cortador de rollos
	1,04	Niveladores en cada pata
Dimensiones referenciales	1,05	Profundidad 90 cm, ± 10 cm
	1,06	Largo 130 cm, ± 10 cm
	1,07	Alto 70 cm, ± 10 cm
Acabados	1,08	Sin aristas vivas
	1,09	Sin rebabas de soldadura
	1,10	Uniones y todos los acabados pulidos
Accesorios	1,11	Dos (2) canastillas de acero inoxidable, laterales, adaptables a la estación de trabajo
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Vida útil	2,04	10 Años