

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: MET-10 Rev-03

Código: MET-10

Revisión: Rev-03

Mes-Año: Enero - 2025

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre: MESA - TRABAJO - ACERO INOXIDABLE

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características mínimas requeridas	1,01	Material de toda la estructura incluidos gavetas y cajón de acero inoxidable AISI 304 o superior, espesor $\geq 1\text{mm}$
	1,02	\geq dos 2 gavetas o cajones
	1,03	Niveladores en cada pata
Dimensiones referenciales	1,04	Profundidad 90 cm, ± 10 cm
	1,05	Largo 160 cm, ± 10 cm
	1,06	Alto 70 cm, ± 10 cm
Acabados	1,07	Sin aristas vivas
	1,08	Sin rebabas de soldadura
	1,09	Uniones y todos los acabados pulidos

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Vida útil	2,04	10 Años