

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: NEG-02 Rev-05

Código: NEG-02

Revisión: Rev-05

Mes-Año: Enero - 2025

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre: NEGATOSCOPIO - 1 CUERPO

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Material	1,01	Estructura de acero inoxidable o acero laminado con pintura electrostática
Pantalla	1,02	Pantalla de acrílico o similar
Sistema / mecanismo para sujeción de radiografías	1,03	Requerido
Luminosidad	1,04	Lámparas LED
Interruptor de encendido	1,05	Requerido
Iluminación	1,06	Iluminación uniforme sin partes oscuras
Dimensiones	1,07	Ancho \geq 30 cm Alto \geq 40 cm Fondo \leq 10 cm
Conexión	1,08	El cable de poder deberá tener al menos 1.5 metros de largo con enchufe universal

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	2,01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Vida útil	2,04	10 Años