

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: POR-01 Rev-05

Código: POR-01

Revisión: Rev-05

Mes-Año: Enero - 2025

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre: PORTASUEROS (ATRIL)

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Columna estructural	1,01	Construida en tubo redondo de al menos 1 pulgada de diámetro, en acero inoxidable o superior
Altura regulable	1,02	De ≤1400mm a ≥1900mm
Base	1,03	Rodable, compuesta con mínimo 3 soportes
Ruedas	1,04	Número de ruedas de acuerdo al número de soportes
	1,05	Giratorias de material resistente
Ganchos	1,06	Cuatro ganchos diseñados para colgar bolsas o botellas
Acabados	1,07	Pulido y sin aristas vivas

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Vida útil	2,04	10 Años