

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: SIL-06 Rev-04

Código: SIL-06

Revisión: Rev-04

Mes-Año: Enero - 2025

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre: SILLA DE RUEDAS - USO GENERAL

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Estructura	1,01	Aluminio o acero cromado o acero recubierto o superior, con pintura electroestática u otra protección anticorrosiva.
Capacidad Mínima de peso a soportar	1,02	≥ 100 Kg
Ruedas traseras y delanteras	1,03	Sólidas o macizas
Diámetro ruedas delanteras	1,04	8 pulgadas ± 2 pulgadas
Freno	1,05	Requerido
Apoya-brazos	1,06	Recubiertos en espuma suave o vinilo acolchado o poliuretano de alta densidad o PVC
Reposa-pies	1,07	Abatibles o plegables
Tapizado	1,08	En material suave y lavable para el espaldar y el asiento

Accesorios

Apoya piernas	1,09	Banda de lona impermeable y lavable o similar, según especificaciones de la silla.
---------------	------	--

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Vida útil	2,04	10 Años