

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: SIL-19 Rev-04

Código: SIL-19

Revisión: Rev-04

Mes-Año: Enero - 2025

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre: SILLON - PACIENTE

ATRIBUTO

ITEM

VALOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características del bien	1,01	Estructura de acero inoxidable o de material de alta resistencia, anticorrosivo.
	1,02	≥ Cuatro (4) ruedas
	1,03	Freno requerido mínimo en 2 ruedas
	1,04	Asiento ergonómico acolchado.
	1,05	Tapizado en material impermeable sintético o similar, que permita la limpieza y desinfección.
	1,06	Carga ≥ 200 kg.
	1,07	Respaldo reclinable
	1,08	Reposa brazos de material resistente de fácil limpieza

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Vida útil	2,04	10 Años