

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

**Ficha Técnica:** SIL-25 Rev-04

**Código:** SIL-25

**Revisión:** Rev-04

**Mes-Año:** Enero - 2025

**Vigencia:** Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

**Tipo:** Mobiliario clínico

### DATOS GENERALES

**Nombre:** SILLA - TOMA DE MUESTRAS

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

<b>Características básicas del equipo</b>	1,01	Estructura metálica de tubo redondo de acero, de al menos 1mm de espesor, con recubrimiento resistente a la corrosión
	1,02	Con asiento fijo
	1,03	Con soporte apoya brazos inclinables o abatibles o movibles, ajustables en altura para facilitar toma de muestra.
	1,04	Altura de asiento 50 cm $\pm$ 10 cm
	1,05	Capacidad de carga de $\geq$ 200 kg
	1,06	Asiento, espaldar y brazos acolchados con grosor $\geq$ 5 cm y tapizado impermeable, resistente a limpieza y desinfección.
	1,07	Regatones ajustables o similar, de alto impacto
<b>Acabados</b>	1,08	Sin aristas vivas
	1,09	Sin evidencia de escorias
	1,10	Todos los elementos deber ser completamente lisos y pulidos

### OTRAS ESPECIFICACIONES:

<b>Energía/alimentación</b>	2,01	N.A.
<b>Certificación</b>	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
<b>Vida útil</b>	2,04	10 Años