

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: SIL-36 Rev-04

Código: SIL-36

Revisión: Rev-04

Mes-Año: Enero - 2025

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre: SILLA DE RUEDAS PEDIATRICA

| ATRIBUTO | ITEM | VALOR |
|----------|------|-------|
|----------|------|-------|

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

| | | |
|-------------------------------------|------|--|
| Estructura | 1,01 | Aluminio o acero cromado o acero recubierto con pintura electroestática u otra protección anticorrosiva. |
| Capacidad Mínima de peso a soportar | 1,02 | ≥ 70 Kg |
| Ruedas traseras y delanteras | 1,03 | Solidas o macizas |
| Freno | 1,04 | Requerido |
| Apoya brazos | 1,05 | Recubiertos en espuma suave o vinil acolchado o poliuretano de alta densidad o PVC |
| Apoya piernas | 1,06 | Extraíbles y regulables en altura o banda de lona impermeable y lavable o similar |
| Reposa-pies | 1,07 | Abatibles o plegables |
| Asiento | 1,08 | Área de 360mm x 360mm ± 50 mm |
| Tapizado | 1,09 | En material suave y lavable para el espaldar y el asiento |

OTRAS ESPECIFICACIONES:

| | | |
|-----------------------------|------|---|
| Energía/alimentación | 2,01 | N.A. |
| Certificación | 2,02 | Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional. |
| Garantía técnica de fábrica | 2,03 | Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien |
| Vida útil | 2,04 | 10 Años |