

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: SIL-51 Rev-04

Código: SIL-51

Revisión: Rev-04

Mes-Año: Enero - 2025

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre: SILLON - PACIENTE - OFTALMOLOGIA / ORL

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Movimientos eléctricos	1,01	Elevación y descenso del asiento
	1,02	Respaldo reclinable
Posición	1,03	Tipo silla
	1,04	Tipo camilla
Controles de movimiento	1,05	De pedal y/o botonera
Tapizado	1,06	Sin costuras, material lavable
Reposa pies	1,07	Requerido
Reposa brazos	1,08	Abatibles
Reposa cabeza	1,09	Regulable
Posicion trendelenburg	1,10	Requerida
Carga a soportar	1,11	≥ 120 Kg

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	2,01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Vida útil	2,04	10 Años