

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: TAB-06 Rev-04

Código: TAB-06

Revisión: Rev-04

Mes-Año: Enero - 2025

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Equipo Menor

DATOS GENERALES

Nombre: TABLA ESPINAL

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Estructura	1,01	Polímero de alta resistencia o superior
Carga mínima	1,02	≥ 150 Kg
Asas de sujeción	1,03	Requeridas al contorno de la tabla espinal
Medidas	1,04	Largo 185 cm, ±5 cm Ancho 45 cm, ±5 cm Grosor 8 cm, ±3 cm
Accesorios	1,05	Un (1) juego de correas para la sujeción del paciente

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Un (1) año a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. No cubre accesorios