


FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	BIL-01 Rev-02	
Código:	BIL-01	
Revisión:	Rev-02	
Mes-Año:	Marzo - 2025	
Vigencia:	Desde: 01-03-2025	
	Hasta: 31-12-2026	
Tipo:	Equipo Médico	
DATOS GENERALES		
Nombre:		BILIRRUBINOMETRO NEONATAL - TRANSCUTÁNEO - NO INVASIVO
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características generales		
Pantalla	1.01	LCD o LED o TFT o Táctil
Método de monitorización	1.02	No invasivo o transcutáneo
Base de carga	1.03	Requerido
Rango de medición	1.04	0 a ≥ 20 mg/dL (340 μ mol/l)
Unidades de medición	1.05	mg/dl y/o μ mol/L
Comprobador de precisión o chequeo de calibración o similar	1.06	Requerido
Memoria interna/ almacenamiento de datos	1.07	Requerido
Puertos de comunicación	1.08	Requerido
Accesorios		
Baterías recargables	2.01	Requerido (cantidad según las que necesite el equipo)
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar.
Garantía técnica de fábrica	3.03	Durante el tiempo de vida útil del equipo. En los dos primeros años de vida útil los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el equipo deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante durante este período, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
	3.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3.05	Durante la vida útil, cada doce meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
	3.06	10 años
Vida útil	3.06	10 años