

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	EST-41 Rev-02	
Código:	EST-41	
Revisión:	Rev-02	
Mes-Año:	Marzo - 2025	
Vigencia:	Desde: 01-03-2025	
	Hasta: 31-12-2026	
Tipo:	Equipo Menor	
DATOS GENERALES		
Nombre:		ESTERILIZADOR DE BIBERONES PORTATIL
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Tipo	1.01	Eléctrico a vapor
Capacidad	1.02	≥ 6 biberones
Tiempo de esterilización	1.03	≤ 10 minutos
Aviso de fin de esterilización	2.01	El esterilizador se apaga automáticamente y/o avisa con alarma sonora
Accesorios y Consumibles		
Accesorios	3.01	Diez (10) biberones ≤ 130 ml de acuerdo a la capacidad de esterilización del equipo
	3.02	Un (1) Vaso medidor de Agua
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	4.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	4.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485
Garantía técnica de fábrica	4.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. No cubre accesorios