

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

| | |
|----------------|-------------------|
| Ficha Técnica: | OFT-01 Rev-03 |
| Código: | OFT-01 |
| Revisión: | Rev-03 |
| Mes-Año: | Diciembre - 2024 |
| Vigencia: | Desde: 11-04-2025 |
| | Hasta: 31-12-2026 |
| Tipo: | Equipo médico |

DATOS GENERALES

| | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| | Nombre: | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO - BINOCULAR |
| ATRIBUTO | ITEM | VALOR |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

| Características generales | | |
|--|------|---|
| Sujeción de oftalmoscopio | 1.01 | Banda o casco |
| Sistemas de ajuste | 1.02 | ≥2 regulables |
| Almohadillas | 1.03 | En el sistema de sujeción |
| Lámpara de iluminación | 1.04 | Tipo LED |
| Intensidad de iluminación | 1.05 | Regulable |
| Sistema de carga de batería | 1.06 | Transformador de pared o unidad de carga |
| Fuente de alimentación portátil | 1.07 | Mediante batería |
| Duración de batería | 1.08 | Mínimo 5 horas |
| Características específicas | | |
| Distancia interpupilar | 2.01 | ≤48mm a ≥74 mm |
| Tamaño de pupila | 2.02 | Mínimo 1-10 mm |
| Filtros | 2.03 | ≥2 |
| Filtro difusor | 2.04 | Requerido |
| Accesorios y Consumibles | | |
| Depresor escleral | 3.01 | Requerido |
| Lupa de oftalmología | 3.02 | Uno (1) |
| Espejo | 3.03 | De enseñanza o coobservador |
| Estuche | 3.04 | Uno (1) |
| Baterías | 3.05 | Dos (2) |
| OTRAS ESPECIFICACIONES: | | |
| Energía/alimentación | 4.01 | Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz |
| Certificación | 4.02 | Certificación FDA y/o CE |
| Garantía técnica | 4.03 | Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. |
| | | Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo. |
| Garantía de repuestos, piezas y accesorios | 4.04 | |
| Mantenimiento | 4.05 | Durante la vida útil, cada doce meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante. |
| | | |
| Vida útil | 4.06 | 10 años |