

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	PAN-02 Rev-05	
Código:	PAN-02	
Revisión:	Rev-05	
Mes-Año:	Marzo - 2025	
Vigencia:	Desde: 01-03-2025	
	Hasta: 31-12-2026	
Tipo:	Equipo médico	
DATOS GENERALES		
Nombre:		PANTALLA DE OPTOTIPOS
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características generales		
Tipo	1,01	LCD o LED o TFT
Tamaño	1,02	≥ 17 pulgadas
Resolución	1,03	Mínimo: 1280x1024
Cartas (optotipos)	1,04	Mínimo: Números, letras, ETDRS, Tumbling E, Landolt C, Imágenes (infantil).
Distancia de proyección	1,05	De ≤2,5m a 6m o más
Conectividad	1,06	Posibilidad de conexión al sistema de foróptero
Accesorios y Consumibles		
Sistema de control a distancia	2,01	Requerido
Soporte	2,02	Para montaje en pared o base para sostener equipo
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3,01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3,02	Certificación FDA y/o CE.
Garantía técnica de fábrica	3,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3,04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3,05	Durante la vida útil, cada doce meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3,06	10 años