

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	TON-01 Rev-04	
Código:	TON-01	
Revisión:	Rev-04	
Mes-Año:	Marzo - 2025	
Vigencia:	Desde: 01-03-2025	
	Hasta: 31-12-2026	
Tipo:	Equipo médico	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	TONOMETRO DE AIRE
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características generales		
Descripción	1,01	Tonómetro de no contacto
Pantalla	1,02	A color, LCD o TFT o similar
	1,03	≥ 6"
Medidas	1,04	De presión intraocular.
Rango de medición de presión ocular	1,05	≤1 a 60≥ mm Hg
Rango de medición de espesor corneal	1,06	≤0.4 a 0.75≥ mm
Seguridad	1,07	Función de seguridad para el paciente.
Interface de comunicación	1,08	RS-232 y/o USB
Accesorios y Consumibles		
Soporte para pacientes	2,01	Mentonera ajustable y reposacabeza
Impresora	2,02	Térmica integrada.
Consumible para impresora	2,03	Dos (2) rollos de papel térmico
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3,01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3,02	Certificación FDA y/o CE.
Garantía técnica de fábrica	3,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
	3,04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3,05	Durante la vida útil, cada seis meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3,06	10 años