

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: LAM-11 Rev-05

Código: LAM-11

Revisión: Rev-05

Mes-Año: Enero - 2025

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Equipo médico

DATOS GENERALES

Nombre: LAMPARA QUIRURGICA - 2 CUPULAS - FIJA AL TECHO

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características generales

Tipo de montaje	1.01	Suspensión a techo
Montaje	1.02	Brazos de soporte articulados para montaje de las cúpulas
Cúpulas	1.03	Dos (2)
Mango o asa o empuñadura	1.04	Para maniobrabilidad de la cúpula
Control de operación	1.05	Mediante panel de control o pantalla táctil
Compatibilidad (Opcional)	1.06	Compatible para sistemas de Integración (Cámaras) (Opción disponible solo para hospitales generales y de especialidades)

Características de iluminación

Tipo de iluminación	2.01	LED
Vida útil de LED	2.02	≥ 60.000 horas
Iluminación a 1m de distancia	2.03	≥ 150.000 lux
Temperatura de color	2.04	≥ 4.000 °K
Índices de color	2.05	Ra ≥ 93
Intensidad de irradiación	2.06	≤ 620 W/m ²
Diámetro de campo lumínico (d10)	2.07	≥18 cm

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3.05	Durante la vida útil, cada seis meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.

Vida útil	3.07	10 años
-----------	------	---------