

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: CON-24 Rev-04

Código: CON-24

Revisión: Rev-04

Mes-Año: Enero - 2025

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Equipo Sanitario de Apoyo

DATOS GENERALES

Nombre: CONGELADOR - PLASMA SANGUINEO - 515 A 575 LITROS - T: $\leq -30^{\circ}\text{C}$ - ≥ 300 BOLSAS

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Cámara interna	1.01	En material de acero inoxidable o acero galvanizado resistente al crecimiento bacteriano o material similar antibacterial
	1.02	Mínimo 4 Gabinetes o gavetas en acero inoxidable
Pantalla	1.03	Pantalla y/o display LCD o LED
Capacidad	1.04	Dentro del rango 515 a 575 litros o mínimo 300 bolsas
Temperatura de trabajo	1.05	$\leq -30^{\circ}\text{C}$
Control	1.06	Por microprocesador con pantalla digital
Gas refrigerante o refrigeración por aire	1.07	Libre de CFC y/o HCFC
Alarmas mínimas	1.08	Alta y baja temperatura
		Puerta abierta
		Falla de energía.
Comunicación	1.09	Que permita transmisión de datos mediante USB y/o RJ45 y/o RS232 o similar

Accesorios y Consumibles

Accesorios	2.2	Un (1) regulador/estabilizador de voltaje
------------	-----	---

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	2.01	Vac: 110 VAC ~ 220 VAC, 60 Hz
Certificación	2.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	2.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
	2.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	2.05	Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada doce meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	2.06	10 años