

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: REF-11 Rev-05

Código: REF-11

Revisión: Rev-05

Mes-Año: Enero - 2025

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Equipo Sanitario de Apoyo

DATOS GENERALES

Nombre: REFRIGERADOR / CONGELADOR - LABORATORIO

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Capacidad de Congelador	1.01	≥ 150 litros a ≤ 200 litros
Capacidad de Refrigerador	1.02	≥ 260 litros a ≤ 300 litros
Número de puertas	1.03	Dos (2).
Material de puertas	1.04	Sólido o Cristal/vidrio templado
Seguridad de puertas	1.05	Con cerradura y/o candado
Tipo de material de la superficie interna	1.06	Acero inoxidable
Control de temperatura	1.07	Por microprocesador
Temperatura congelador	1.08	Dentro del rango: ≥ -40 °C a ≤ 0 °C
Temperatura refrigerador	1.09	Dentro del Rango: ≥ 0 °C a ≤ 15 °C
Alarmas mínimas	1.10	Temperatura y puerta abierta.
Gas Refrigerante	1.11	Libre de CFC y HCFC. (El proveedor deberá entregar carta de fabricante que lo certifique)
Divisiones de refrigerador	1.12	≥ 3
Divisiones de congelador	1.13	≥ 2

Accesorios

Accesorios	2.01	Un (1) regulador/estabilizador de voltaje
------------	------	---

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	Vac: 110 VAC ~ 220 VAC, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.

Mantenimiento	3.05	Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada doce meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3.06	10 años