

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: BAÑ-04 Rev-04

Código: BAÑ-04

Revisión: Rev-04

Mes-Año: Enero - 2025

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Equipo médico

DATOS GENERALES

Nombre: TINA REMOLINO - EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características generales

Estructura	1,01	Acero inoxidable AISI 304 o similar
Acabado	1,02	Esquinas redondeadas o satinadas
Móvil	1,03	Ruedas giratorias
Sistema de frenado	1,04	Requerido
Capacidad	1,05	≥ 80 Litros o su equivalente
Sistema de desagüe	1,06	Requerido
Turbina	1,07	Potencia ≥ 1/2 HP
	1,08	Ajuste de altura/vertical
	1,09	Sistema que permita dirigir la agitación de agua
Temperatura	1,1	Medición con escala en °C

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	2.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	2.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	2.03	Dos años a partir de la recepción del bien.
		Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	2.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	2.05	Durante la vida útil, cada doce meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica.
		Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	2.06	10 años